


Erfaringsopsamling: Sundhedsfaglige tilsyn på det kliniske tandtekniker- område 2022



I 2022 gennemførte Styrelsen for Patientsikkerhed 17 sundhedsfaglige tilsyn på det kliniske tandteknikerområde. Tilsynene tog udgangspunkt i et sæt målepunkter, som bl.a. omhandlede journalføring, informeret samtykke, samarbejde med tandlæger, hygiejne og materialehåndtering.




De sundhedsfaglige tilsyn på det kliniske tandteknikerområde har til formål at vurdere patientsikkerheden og understøtte læring på behandlingsstederne. De 17 tilsyn i 2022 blev foretaget på baggrund af stikprøver.

Ved et enkelt tilsyn var der større problemer af betydning for patientsikkerheden. Det udløste et påbud til klinikken og et opfølgende tilsynsbesøg for at kontrollere, om der var rettet op på forholdene.

Ved otte tilsyn var alle målepunkter opfyldt, og der var altså ingen problemer af betydning for patientsikkerheden. Ved otte tilsyn var der mindre problemer, hvilket indebærer at ikke alle målepunkter var opfyldt, men at vi vurderede, at klinikken relativt let ville kunne rette op på forholdene.

På baggrund af erfaringer og observationer fra disse og tidligere tilsyn på området har vi identificeret nogle opmærksomhedspunkter, hvor vi vurderer, at der et potentiale for at løfte det patientsikkerhedsmæssige niveau på området.



**Styrelsen for
Patientsikkerhed**

E-mail: stps@stps.dk
Tlf.: +45 7228 6600

Erfaringsopsamling: Sundhedsfaglige tilsyn på det kliniske tandtekniker- område 2022



Journalføring

Ved flere tilsyn har vi set mangler i journalføringen. Der gælder samme krav til journalføring på det kliniske tandteknikerområde som i resten af sundhedsvæsenet. Det indebærer bl.a., at journalnotater skal være daterede, patientens navn og personnummer skal fremgå, notaterne skal være forståelige, systematiske og overskuelige og det skal tydeligt fremgå, hvis der foreligger bilag på papir eller relevante oplysninger i et andet format.

En god tommelfingerregel er, at journalen skal give mening for en anden sundhedsperson, således at vedkommende kan fortsætte behandlingen.

Ved tilsynene på det kliniske tandteknikerområde er der bl.a. blevet lagt vægt på journalføring af patienternes anamnese, herunder medicinsk anamnese, optegnelser af bl.a. resttandsættet, evt. samarbejde med tandlæge, behandlingsplan, udførte behandlinger og opfølgning på behandling, fx ved immediat indsættelse af proteser.

Læs mere om journalføring for kliniske tandteknikere på [Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside stps.dk](https://stps.dk).

Rengøring og hygiejne

Flere af tilsynets målepunkter handlede om rengøring og hygiejne. Flere steder var der problemer med at leve op til kravene om bl.a. tilstrækkelig rengøring af laboratorier.

Der var også nogle steder tvivl om håndtering af hhv. desinficerede og sterile instrumenter, herunder at bor, der blev brugt til korrektion af brugte proteser, ikke blev autoklaveret.

Undervejs har der været stillet mange spørgsmål vedrørende hygiejne, og vi har rådgivet om at følge de Nationale infektionshygiejniske Retningslinjer for Tandklinikker (NIR).

Læs mere om NIR: [NIR \(ssi.dk\)](https://ssi.dk)

Materialehåndtering

Ved flere tilsyn har vi set brister i håndteringen af materialer. Patientsikker håndtering af materialer på det kliniske tandteknikerområde indebærer blandt andet, at indhold og holdbarhed fremgår tydeligt af både originale og uoriginale beholdere og emballager. Det er også vigtigt for patientsikkerheden, at der ikke er materialer med overskredet holdbarhedsdato i brug.

Svar på ofte stillede spørgsmål

Vi har samlet svar på de hyppigst stillede spørgsmål i forbindelse med tilsyn på det kliniske tandteknikerområde i Godt at vide for kliniske tandteknikere på [Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside stps.dk](https://stps.dk).

**Styrelsen for
Patientsikkerhed**

E-mail: stps@stps.dk
Tlf.: +45 7228 6600

www.stps.dk